

蚌埠市第一人民医院碘 125、碘 131 采购项目

采 购 需 求 报 告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2024年3月14日

- 1、项目名称：蚌埠市第一人民医院碘 125、碘 131 采购项目
- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院
- 3、资金来源：自筹资金
- 4、项目编号：ZCGF-BBY-2024013
- 5、主要内容：蚌埠市第一人民医院碘 125、碘 131 采购项目，本项目分 2 个包，具体采购内容详见采购需求。
- 6、采购预算：01 包：110.4 万元；02 包：36 万元；
- 7、最高限价：01 包：110.4 万元；02 包：36 万元；
- 8、供货期：按采购人要求供货
- 9、合同履行期：3 年
- 10、拟采用的评审方法：综合评分法；
- 11、付款方式：院方凭入库单和销售发票，向乙方付款，付款时间为货到验收确认之日起 180 天内，特殊情况可提前 30 天或推迟 30 天。
- 12、申请人的资格要求：
 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
 3. 本项目的特定资格要求：
 1. 投标人具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照；
 2. 投标人必须具备《放射性药品经营许可证》和《辐射安全许可证》；是生产企业的必须同时具备《放射性药品生产许可证》、《放射性药品经营许可证》及《辐射安全许可证》；
 3. 投标人所提供的放射性药品须取得食品药品监督管理局授予的药物批准文号；
 4. 投标人所提供产品内外包装均符合国家规定的放射性药品运输要求（提供承诺函）；
 5. 本项目不接受联合体投标；

蚌埠市第一人民医院碘 125、碘 131 采购项目采购需求

一、项目清单

包号	药品通用名称	规格		单位	最高限价	预估数量	预算金额 (元)
		尺寸	活度				
01 包	碘 ^[125I] 密封籽源	外径 0.8mm 长度 4.5mm 外径 0.6mm 长度 4.5mm 外径 0.36mm 长度 2.50mm	3.7-222.0Mbq (0.100-6.000mCi)	粒	368 元	3000	1104000
02 包	碘 ^[131I]	25mCi		一个包装	2000 元	180	360000
合计							1464000 元

注：本表是三年采购量

二、^{125I} 技术参数

1. 活度范围：3.7MBq—222MBq。
2. 须同时提供多种尺寸规格：外径 0.8mm 长度 4.5mm；外径 0.6mm 长度 4.5mm；外径 0.36mm 长度 2.50mm。
3. 外观性状：密封无孔，焊接点圆滑，无毛刺，无变形。
4. ^{125I} 纯度：≥99.9%。
5. 表面沾污及泄露检验：通过检验每瓶水中放射性活度≤185Bq。
6. 表观放射性活度：在与标准源标定的相同条件下测定，每粒籽源的等效放射性活度，按标示时间应为标示活度的 95.0%-105.0%。

三、^{125I} 服务要求

1. 24 小时内供货到位。

2. 协助医院办理 ^{125}I 年度审批表。
3. 提供一次性工程塑料弹夹（避免交叉感染）。
4. 提供 TPS 计划技术支持，包括术前计划、术中优化、术后验证等全流程技术支持。
5. 提供 3D 打印模板技术支持。
6. 提供前列腺癌手术支持，包括设备与技术。
7. 提供配套的粒子植入系统。

四、碘 ^{131}I 技术参数

- 1、性状：无色澄明液体。
- 2、pH 值：7.0-9.0。
- 3、放射性核纯度： $^{131}\text{I} \geq 99.9\%$ 。
- 4、放射化学纯度： $\geq 95\%$ 。
- 5、放射性浓度： $\geq 185\text{MBq/ml}$ 。

五、 ^{131}I 服务要求

协助医院办理 ^{131}I 年度审批表

蚌埠市第一人民医院碘 125、碘 131 采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院碘 125、碘 131 采购项目__包。采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

...

二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

...

特此函告